

Број: 27-6/2017-10
Датум: 19.05.2017.год.
Нови Сад

У вези постављених питања потенцијалног понуђача упућених на е-маил Института дана 18.05.2017.год., у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-6/2017 Лабораторијска опрема II.

Pitanje:

„Da li ćete prihvatiti ponudu ukoliko vam ponudimo atomski apsorpcioni spektrofotometar sa grafitnom tehnikom koji ima Zeemanovu pozadinsku korekciju I kao peć koristi transversalnu grafitnu peć sa mogućnošću maksimalnog zagrevanja uzorka do 2650 °C.

Transverzalna grafitna peć obezbeđuje uniformano zahtevanje grafitne kivete koje doprinosi da je najviše temperatura atomizacije 2500 °C. Za sve zahtevane elemente, zahtevane su lampe ali se one direktno povezuju sa elementima koje želite da analizirate, tenderskom dokumentacijom temperature atomizacije na grafitnoj peći sa transversalnim zagrevanjem je ispod 2300°C. Sa ovakvim tehničkim rešenjem štedite grafitnu kivetu I produžavate period eksploatacije.“

Odgovor: Prihvata se, ali nije u osnovom zahtevu i ukoliko ponudite neće se smatrati kao prednost prilikom izbora dobavljača

Комисија за јавну набавку