

Број: 27-6/2017-17
Датум: 31.05.2017.год.
Нови Сад

У вези постављених питања потенцијалног понуђача упућених на е-маил Института дана 30.05.2017.год., у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-6/2017 Лабораторијска опрема II.

Питање 1:

„Да ли ћете прихватити понуду ukoliko понуђач у sklopu kompanije ima akreditovanu laboratoriju po SRPS ISO 17025 za etaloniranje atomskog apsorpcionog spektrometra u celokupnoj oblasti od 190 do 900 nm i u sklopu ponude dostavi izjavu na svom memorandumu potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica понуђача да ће ukoliko mu se dodeli ugovor uz potpisan ugovor dostaviti sertifikate za pojedinačne etalone spektralnog koeficijenta apsorpcije/propustljivosti izdati od strane akreditovane laboratorije po SRPS ISO/IEC 17025 jer mu se trenutno etaloni nalaze na redovnom etaloniranju i sertifikat neće biti gotov do otvaranja ovog tendera, такође понуђач ће u sklopu ponude dostaviti sertifikate etalona koji su izdati od strane произвођача etalona na kojima se jasno vidi da dati filteri već imaju izdate fabričke vrednosti etalona za sve zahtevane lampe i sertifikat etalona izdat od Direkcije ze mere i dragocene metale.

Mislimo da su ovo dovoljni dokazi da metrološka laboratorija može da izvrši zahtevanu uslugu, naročito znajući da ista već godinama vrši etaloniranje već postojećih atomskih apsorpcionih spektrofotometara u Naučnom institutu za prehrambenu tehnologiju u Novom Sadu. Такође како је као potvrda да ће metrološka laboratorija izvršiti etaloniranje neophodna prema Vašem zahtevu samo izjava понуђача na memorandumu понуђача overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica mislimo da izjava ni u ovom slučaju ne bi pravila problem jer je ipak primarno ko će raditi etaloniranje.“

Одговор:

Ostajemo pri našem zahtevu da se izvrši etaloniranje po apsorbanci AAS-a na talasnim dužinama traženih lampi navedenih u specifikaciji i da je ponudjač u obavezi da prilozi izjavu na memorandumu понуђача да ће nakon izvršene isporuke i instalacije uređaja biti izvršena usluga etaloniranja uređaja od strane akreditovane laboratorije po SRPS ISO/IEC 17025, a koja se nalazi u registru ovlašćenih laboratorija od strane akreditacionog tela

Srbije (navesti tačan naziv akreditovane laboratorije), obim akreditacije metrološke laboratorije koja će vršiti etaloniranja u kome se jasno vidi da je moguće da izvrši zahtevanu uslugu i sertifikate pojedinačnih etalona sa kojima se vrši etaloniranje atomskog apsorpcionog spektrometra, na talasnim dužinama emisionih linija za sve lampe, koje su predmet javne nabavka.

Priložene sertifikate za pojedinačne etalone spektralnog koeficijenta apsorpcije/propustljivosti, moraju biti izdati od strane akreditovane laboratorije po SRPS ISO/IEC 17025 što se vidi iz obima akreditacije metrološke laboratorije

Комисија за јавну набавку