

Број: 27-6/2017-18
Датум: 02.06.2017.год.
Нови Сад

У вези постављених питања потенцијалног понуђача упућених на е-маил Института дана 01.06.2017.год., у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-6/2017 Лабораторијска опрема II.

Питање 1:

„Kako je jedan od predmeta nabavke atomski apsorpcioni spektrofotometar sa grafitnom tehnikom. Da li je potrebno ponuditi reciklacioni sistem za hlađenje grafitne tehnike jer isti nije predviđen tenderskom dokumentacijom?

Grafitna tehnika bilo kog ponuđača poseduje grafitnu peć koja zahteva hlađenje. Ovo je zahtev kod SVIH ATOMSKIH APSORPCIONIХ SPEKTROMETARA sa grafitnom tehnikom novije generacije, one koja je trenutno u prodaji i koja prestavlja vaš zahtev. Hlađenje kod svih ponuđača se vrši sistemom za hlađenje peći koji u sebi sadrži fluid(najčešće смешу воде i glicerola). Bez nabavke ovog dela koji nije zahtevan dokumentacijom sistem je nekompletan, može se izvršiti instalacija opreme ali ne testiranje i kasnije korišćenje iste od strane korisnika. Ukoliko je potrebno ponuditi sistem za hlađenje peći molim Vas da konkursnu dokumentaciju dopunite istim zahtevom.“

Одговор:

Nije potrebno ponuditi reciklacioni sistem za hlađenje grafitne tehnike.

Комисија за јавну набавку