

Број: 27-1/2018-5
Датум: 08.02.2018.год.
Нови Сад

У вези постављених питања потенцијалног понуђача упућеног на е-маил Института дана 07.02.2018.год., у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-1/2018 хемикалије

ПИТАЊЕ:

ЗА PARTIJU 1:

1. На страни 21/49 конкурсне документације у оквиру дела "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA" Позиција 4, заhtevan је артикал *amonijum hidroksid*, *p.a. min 25 do 30%*, molimo вас да потврдите да је прихватљиво да буде чистоће 25 до 27%.

ОДГОВОР:

Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ:

ЗА PARTIJU 1:

2. На страни 22/49 конкурсне документације у оквиру дела "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA" Позиција 14, заhtevan је артикал *petro-letar 40-70oC*, molimo вас да потврдите да је прихватљиво понудити Petrol – etar тачке кључанја 40-65oC.

ОДГОВОР:

Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ:

ЗА PARTIJU 2:

3. На страни 22/49 конкурсне документације у оквиру дела "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA" Позиција 24, заhtevan је артикал *brom-timol-plavo p.a. pH = 6,0-7,6*, molimo вас да потврдите да је прихватљиво да pH буде у распону од 5,8 – 7,6. Такође вас molimo да потврдите да је прихватљиво да umesto ознаке квалитета p.a. у спецификацији стоји да се употребљава као индикатор.

ОДГОВОР:

Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ:

ZA PARTIJU 2:

4. Na strani 29/49 konkurne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA" Pozicija 24, zahtevan je artikal *Fenolftalein p.a. pH = 8,0-10,0*, molimo vas da potvrdite da je prihvatljivo da pH bude u rasponu od 8,0 - 10,0. Takođe vas molimo da potvrdite da je prihvatljivo da umesto oznake kvaliteta p.a. u specifikaciji stoji da se upotrebljava kao indikator.

ОДГОВОР:

Да, прихватљиво је.

ПИТАЊЕ:

ZA PARTIJU 2:

5. Na strani 23/49 konkurne dokumentacije u okviru dela "OBRAZAC PONUDE I SPECIFIKACIJA" Pozicija 36, zahtevan je artikal *kvarcni pesak, p.a.*, molimo vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi kvarcni pesak bez oznake kvaliteta p.a., jer se on ne koristi neposredno u analitičke svrhe.

ОДГОВОР:

Да, прихватљиво је.

Комисија за јавну набавку