

Број: 27-9/2020-4  
Датум: 11.06.2020.год.  
Нови Сад

У вези постављених питања потенцијалних понуђача упућених на е-маил Института дана 09. и 10.06.2020., у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-9/2020 лабораторијски потрошни материјал

#### ПИТАЊЕ 1

Na strani 13/30 u poziciji 52 – navodite

|    |  |   |         |                          |
|----|--|---|---------|--------------------------|
| 52 | Membranski filtri-<br>regenerisana celuloza, RC<br>syringe filters<br>Prečnik 4mm Dimenzija<br>pora 0.2 µm | 5 | pa<br>k | Sartorius ili ekvivalent |
|----|--|---|---------|--------------------------|

- Molim Vas precizirajte, da li je potrebno ponuditi membranske ili syringe filtere
- Ukoliko se misli na membranske filtere, da li je prihvatljivo ponuditi membrane filters RC, 0,22µm 47 mm, plain, pack of 100?
- Ukoliko se misli na syringe, precizirajte prečnik 13 ili 25 mm, da li je prihvatljivo ponuditi 0,22µm?

#### ОДГОВОР:

**Potrebno je ponuditi syringer filtere RC, prečnik 4mm, dimenzija pora 0,2µm.**

#### ПИТАЊЕ 2

Na strani 14/30 u poziciji 75 – navodite

|    |                        |    |     |                        |
|----|------------------------|----|-----|------------------------|
| 75 | Plastični levkovi mali | 35 | kom | Glacier ili ekvivalent |
|----|------------------------|----|-----|------------------------|

- Da li je prihvatljivo ponuditi plastični levak R30 mm?  
U protivnom navedite prečnik koji treba ponuditi.

**ОДГОВОР****Odgovarajući prečnik levka je 5 cm.**

## ПИТАЊЕ 3

Na strani 16/30 u poziciji 112 – navodite

|     |                                      |   |     |                          |
|-----|--------------------------------------|---|-----|--------------------------|
| 112 | Nylon syringe filter<br>0.45 µm PTFE | 1 | pak | Sartorius ili ekvivalent |
|-----|--------------------------------------|---|-----|--------------------------|

- Molim Vas potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi syringe filter R25 mm?

**ОДГОВОР****Da, prihvatljivo je ponuditi syringer filtere R25 sa dimenzijom pora 0,45 µm.**

## ПИТАЊЕ 4

Za dole navedene normalne sudove zahtevate staklene čepove, da li je prihvatljivo ponuditi normalne sudove sa plastičnim čepovima, za koje se pokazalo da su dugotrajniji i bolje dihtuju od staklenih?

|     |   |    |     |                        |
|-----|---|----|-----|------------------------|
| 60  | Normalni sud<br>500ml, staklen cep, sa<br>sertifikatom                    | 2  | kom | Glacier ili ekvivalent |
| 61  | Normalni sud<br>100ml, staklen cep, sa<br>sertifikatom                    | 40 | kom | Glacier ili ekvivalent |
| 102 | TIKVICA ODMERNA<br>10 ml A klasa<br>STAKLENI CEP - sa<br>sertifikatom     | 10 | kom | Glacier ili ekvivalent |
| 103 | TIKVICA ODMERNA 5<br>ml A klasa 10/19<br>STAKLENI CEP - sa<br>serifikatom | 10 | kom | Glacier ili ekvivalent |
| 104 | TIKVICA ODMERNA<br>25 ml A klasa 10/19<br>STAKLENI CEP - sa               | 60 | kom | Glacier ili ekvivalent |

|     |   |     |     |                        |
|-----|---|-----|-----|------------------------|
|     | sertifikatom  |     |     |                        |
| 105 | TIKVICA ODMERNA<br>50 ml A klasa 12/21<br>STAKLENI CEP - sa<br>sertifikatom   | 70  | kom | Glacier ili ekvivalent |
| 106 | TIKVICA ODMERNA<br>100 ml A klasa 14/23<br>STAKLENI CEP - sa<br>sertifikatom  | 100 | kom | Glacier ili ekvivalent |
| 107 | TIKVICA ODMERNA<br>250 ml A klasa 14/23<br>STAKLENI CEP - sa<br>sertifikatom  | 40  | kom | Glacier ili ekvivalent |
| 108 | TIKVICA ODMERNA<br>1000 ml A klasa 19/26<br>STAKLENI CEP - sa<br>sertifikatom | 12  | kom | Glacier ili ekvivalent |
| 109 | TIKVICA ODMERNA<br>2000 ml A klasa 19/26<br>STAKLENI CEP - sa<br>sertifikatom | 5   | kom | Glacier ili ekvivalent |

## **ОДГОВОР**

**Da, prihvatljivo je ponuditi navedene sudove sa plastičnim čepom.**

## **ПИТАЊЕ 5**

Za pozicije 30,31,32,52,53,99, 112 molim vas definišite pakovanja

## **ОДГОВОР**

**Pozicija 30 – 250 jedinica se nalazi u jednom pakovanju /1 kom.**

**Pozicija 31 – 100 kom/1 pak**

**Pozicija 32 - 100 jedinica se nalazi u jednom pakovanju /1 kom.**

**Pozicija 52 - 50 kom/1 pak**

**Pozicija 53 - 100 kom/1pak**  
**Pozicija 99 - 1 tabak /1 kom**  
**Pozicija 112 - 100 kom/1 pak**

ПИТАЊЕ 6

Za pozicije 60,61,102,103,104,105,106,107,108,109

Da li je moguće ponuditi tikvicu odmerenu A klasu sa PP čepom i sertifikatom?

**ОДГОВОР**

**Da, prihvatljivo je**

ПИТАЊЕ 7

Da li možete pozicije 33,80 maske i nitritne rukavice premestiti u posebnu partiju s obzirom na situaciju na tržištu u uvezi covida 19?

**ОДГОВОР**

**Naručilac ne može prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača i izdvojiti navedene artikle u posebnu partiju ili posebnu nabavku.**

Комисија за стручну оцену