

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број: 27-4/2016-4

Датум:20.04.2016.год.

Нови Сад

У вези постављених питања потенцијалних понуђача упућених на е-маил Института дана 20.04.2016.год., у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо питање и одговор, односно појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-4/2016 – поправка лабораторијске опреме

ПИТАЊЕ:

„Да ли се уграђује 6 регулатора са траженим функцијама (два дисплеја, тајмер) и пратећом опремом или се уграђује 6 регулатора са два дисплеја и 6 регулатора са тајмером“

ОДГОВОР

„Уграђује се 6 регулатора који имају два дисплеја и тајмер. Уз то иде 6 пратећих опрема (6 сонди ПТ 100, 6 ССР релеа, 6 ожичења)“

Комисија за јавну набавку